



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO	CRYO-INGÁ INCOLOR	CÓDIGO	001684
APRESENTAÇÃO	CONTÉM 20 ENVELOPES COM 01 CRYO-INGÁ CADA	LOTE	000007A/13074-5
DT. ESTERILIZAÇÃO	30/03/2018	DT. VALIDADE	30/03/2020

USO INDICADO	Haste para vitrificação de gametas e embriões estéreis em óxido de etileno.
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
ARMAZENAMENTO E CUIDADOS	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.
-------------------------	---

ANÁLISES E ENSAIOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ENSAIO MECÂNICO	Teste de resistência ao nitrogênio líquido (temperatura -196°C) por 24 horas e teste de tração	RESISTENTE	CONFORME
ENSAIO BIOLÓGICO	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	>/=70%	100%
ENSAIO MICROBIOLÓGICO	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE BACTÉRIAS, BOLORES E LEVEDURAS	CONFORME
ENSAIO MICROBIOLÓGICO	ENDOTOXINA	</=3,0 EU/ML	CONFORME

RESP. ANÁLISE:	ISABELLA
RESP. CONFERÊNCIA:	FERNANDA