



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO	PIPETA PASTEUR 230MM	CÓDIGO	001721
APRESENTAÇÃO	10 PIPETAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	LOTE	000035A/13211-5
DT. ESTERILIZAÇÃO	16/05/2018	DT. VALIDADE	16/05/2020

USO INDICADO	Pipeta pasteur de vidro para micromanipulação de oócitos.
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
ARMAZENAMENTO E CUIDADOS	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISES E ENSAIOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE ORGANISMOS VIÁVEIS	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	$\leq 0,5$ UE/ML	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	BIOENSAIO COM EMBRIÃO DE CAMUNDONGO	$\geq 70\%$	95%

RESP. ANÁLISE:	ISABELLA
RESP. CONFERÊNCIA:	FERNANDA