



CERTIFICADO DE ANÁLISE

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| PRODUTO | PIPETA PASTEUR 150MM | CÓDIGO | 001723 |
| APRESENTAÇÃO | 10 PIPETAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | LOTE | 000039A/13189-5 |
| DT. ESTERILIZAÇÃO | 09/05/2018 | DT. VALIDADE | 09/05/2020 |

| | |
|--------------------------------|---|
| USO INDICADO | Pipeta pasteur de vidro para micromanipulação de oócitos. |
| APLICAÇÃO | Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso. |
| ARMAZENAMENTO E CUIDADOS | Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida. |

| | |
|-------------------------------|---|
| MATÉRIA PRIMA E INSUMOS | As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Produção e Controle de Qualidade. |
|-------------------------------|---|

| ANÁLISES E ENSAIOS | | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| MICROBIOLÓGICA | ESTERILIDADE | AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS | CONFORME |
| MICROBIOLÓGICA | ENDOTOXINA | < 0,5 UE/ML | CONFORME |
| BIOLÓGICA | BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO | > 70% | 100% |

| | |
|--------------------|----------|
| RESP. ANÁLISE: | ISABELLA |
| RESP. CONFERÊNCIA: | FERNANDA |