



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO	PIPETA PASTEUR 150MM	CÓDIGO	001875
APRESENTAÇÃO	10 PIPETAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	LOTE	000042A/13514-5
DT. ESTERILIZAÇÃO	15/08/2018	DT. VALIDADE	15/08/2020

USO INDICADO	Pipeta pasteur de vidro para micromanipulação de oócitos.
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
ARMAZENAMENTO E CUIDADOS	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Produção e Controle de Qualidade.
-------------------------------	---

ANÁLISES E ENSAIOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS	CONFORME
MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	< 0,5 UE/ML	CONFORME
BIOLÓGICA	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	> 70%	100%

RESP. ANÁLISE:	ISABELLA
RESP. CONFERÊNCIA:	FERNANDA