



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	SORO INGAMED (SSS + HSA) 10ML	INSPEÇÃO:	000645
APRESENTAÇÃO:	1 FRASCO COM 10 ML	LOTE:	19060315
DT. PRODUÇÃO:	04/06/2019	DT. VALIDADE:	03/06/2020

USO INDICADO	Indicado para procedimentos de Fertilização In Vitro
APLICAÇÃO	Suplementação para meio de cultura
ARMAZENAMENTO	Armazenar entre 2 a 8 °C. Evitar exposição ao excesso de calor e umidade.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	Os materiais utilizados pela Ingámed são adquiridos de fornecedores qualificados e submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade. Os produtos fabricados pela Ingámed são produzidos de acordo com as Boas Práticas de Fabricação.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	APARÊNCIA	LEVEMENTE AMARELADA	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	MATERIAL PARTICULADO	AUSENTE	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	pH	7,2 A 7,4	7,32
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	PROTEÍNAS TOTAIS	4,9 A 5,5 g/dL	5,5
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSENÇA DE BACTÉRIAS, BOLORES E LEVEDURAS	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	</= 12,0 EU/mL	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGOS	>/= 70%	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	GEAN
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	MIRELLA