



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	Micropipeta Denudação 175 µM		
Apresentação	20 unidades		
Lote Ingámed	20030214		
Lote Fornecedor	44200103/A		
Data Fabricação	02/2020	Validade	01/2023

Indicação de Uso	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos.
Material	Policarbonato transparente, flexível e reto.
Armazenamento	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.	

Análises e Ensaios		Resultado
Análises Microbiológicas	Endotoxina	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)

Mirella Moretti Hachimine
Mirella Moretti Hachimine
Farmacêutica RT – CRF/PR 12437