




CERTIFICADO DE ANÁLISE

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Produto | Micropipeta Denudação 275 μ M | | |
| Apresentação | 20 unidades | | |
| Lote Ingámed | 20070431 | | |
| Lote Fornecedor | 44200103/A | | |
| Data Fabricação | 02/2020 | Validade | 01/2023 |

| | |
|--|--|
| Indicação de Uso | Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos. |
| Material | Policarbonato transparente, flexível e reto. |
| Armazenamento | Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. |
| Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. | |

| Análises e Ensaios | | Resultado |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| Análises Microbiológicas | Endotoxina | Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo) |
| Análise Biológica | Bioensaio com embriões de camundongo | Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo) |


Mirella Moretti Hachimine
Farmacêutica RT – CRF/PR 12437