



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	PLACA 15X100 CX 40UN	INSPEÇÃO:	001943
APRESENTAÇÃO:	CONTÉM 50 PLACAS ESTÉREIS EMB. INDIVIDUALMENTE	LOTE:	20040263/2663079
DT. PRODUÇÃO:	10/06/2020	DT. VALIDADE:	11/05/2025

USO INDICADO	Placa de cultura para manipulação de embriões e gametas
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso
ARMAZENAMENTO	Após o processo de esterilização por raio gama, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	$\leq 0,5$ EU/mL	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	$\geq 70\%$	100%
PA LABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	MIRELLA
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	MIRELLA