



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto	Micropipeta Denudação 275 µM		
Apresentação	20 unidades		
Lote Ingámed	19110792		
Lote Fornecedor	44190403		
Data Fabricação	10/2019	Validade	10/2022

Indicação de Uso	Indicado para procedimento de Fertilização in Vitro. Manipulação e denudação de oócitos e embriões humanos.
Material	Polycarbonato transparente, flexível e reto.
Armazenamento	Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto.
Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.	

Análises e Ensaio		Resultado
Análises Microbiológicas	Endotoxina	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)
Análise Biológica	Bioensaio com embriões de camundongo	Conforme (Declaração de Conformidade do Fabricante em anexo)

Mirella Moretti Hachimine
Farmacêutica RT – CRF/PR 12437