



CERTIFICADO DE ANÁLISE

| | | | |
|----------------------|--|---------------------|------------------|
| PRODUTO: | PLACA DE CULTURA EM PS DE 15X60CM CX 20UN | INSPEÇÃO: | 004426 |
| APRESENTAÇÃO: | CONTÉM 80 PLACAS ESTÉREIS EMB. INDIVIDUALMENTE | LOTE: | 22050304/3132546 |
| DT. PRODUÇÃO: | 03/06/2022 | D. VALIDADE: | 02/06/2027 |

| | |
|--------------------------------|---|
| USO INDICADO | Placa de cultura para manipulação de embriões e gametas |
| APLICAÇÃO | Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso. |
| ARMAZENAMENTO | Após o processo de esterilização por raio gama, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida. |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS | As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos. |

| ANÁLISES E RESULTADOS | | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|------------------------|---|---|-----------|
| ANÁLISE BIOLÓGICA | TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO | >/=70% | 100% |
| PA LABWARE VISUAL | VISUAL | Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades | CONFORME |
| ANÁLISE MICROBIOLÓGICA | TESTE DE ENDOTOXINA | <= 0,5 UE/mL | CONFORME |
| ANÁLISE MICROBIOLÓGICA | TESTE DE ESTERILIDADE | Ausência de bolores, bactérias e leveduras | CONFORME |

| | |
|---------------------------------|----------|
| RESPONSÁVEL ANÁLISE: | ISABELLA |
| RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA: | LUISMAR |