



CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

PRODUTO:	MICROPIPETA DENUDACAO INGAMED 275UM CX 20UN	INSPEÇÃO:	004837
APRESENTAÇÃO:	CAIXA COM 20 UNIDADES	LOTE:	22090604
DT. PRODUÇÃO:	30/09/2022	DT. VALIDADE:	31/07/2025

USO INDICADO	Indicada para a manipulação de oócitos e embriões.
APLICAÇÃO	Usada na manipulação de oócitos e embriões, evitando arranhões na superfície ou rupturas.
ARMAZENAMENTO	Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	Policarbonato

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
BIOMEA	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	TAXA DE SOBREVIVÊNCIA > 80%	90,48%
ESTERIL RG	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS	CONFORME
DIRETIVA EEC 93/42	DIRETIVA EEC 93/42	CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EEC/93/42	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	LUISMAR
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	LUISMAR