



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	PLACA DE CULTURA EM PS DE 15X100CM CX 40UN	INSPEÇÃO:	004988
APRESENTAÇÃO:	CONTÉM 50 PLACAS ESTÉREIS EMB. INDIVIDUALMENTE	LOTE:	22070459/3174931
DT. PRODUÇÃO:	13/08/2022	DT. VALIDADE:	13/08/2027

USO INDICADO	Placa de cultura para manipulação de embriões e gametas
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso
ARMAZENAMENTO	Após o processo de esterilização por raio gama, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE BIOLÓGICA	TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	>/=70%	100%
PA LABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	<= 0,5 UE/mL	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ESTERILIDADE	Ausência de bolores, bactérias e leveduras	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	ISABELLA
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	LUISMAR