



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO:</b>	PLACA DE CULTURA EM PS DE 15X35CM CX 30UN	<b>INSPEÇÃO:</b>	005083
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	CONTÉM 160 PLACAS ESTÉREIS EMB. INDIVIDUALMENTE	<b>LOTE:</b>	22100663/3234152
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	11/11/2022	<b>DT. VALIDADE:</b>	11/11/2027

<b>USO INDICADO</b>	Placa de cultura para manipulação de embriões e gametas
<b>APLICAÇÃO</b>	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Após o processo de esterilização por raio gama, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE BIOLÓGICA	TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	>/=70%	100%
PA LABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	<= 0,5 UE/mL	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ESTERILIDADE	Ausência de bolores, bactérias e leveduras	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	ISABELLA
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA</b>	LUISMAR