



CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

PRODUTO:	TUBO DE CENTRIFUGA 15ML TIPO FALCON INGAMED - PCT	INSPEÇÃO:	005084
APRESENTAÇÃO:	EMBALAGEM COM 50 TUBOS	LOTE:	22120781
DT. PRODUÇÃO:	29/09/2021	DT. VALIDADE:	29/09/2024

USO INDICADO	Indicado para uso em laboratórios de reprodução assistida.
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
ARMAZENAMENTO	Após o processo de esterilização por raio gama a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem as especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Produção e Controle de Qualidade.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
LAUDO ESTERILIDADE RAIOS GAMA	AVALIAÇÃO LAUDO FORNECEDOR	DOSE MÍNIMA DE RADIAÇÃO DE 9 kGy	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	LUISMAR
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	LUISMAR