



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	TUBO DE CENTRIFUGA 15ML TIPO FALCON INGAMED - CX 5	INSPEÇÃO:	003072
APRESENTAÇÃO:	50 TUBOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE	LOTE:	21030202/2861595
DT. PRODUÇÃO:	06/04/2021	DT. VALIDADE:	06/04/2026

USO INDICADO	Indicado para uso em laboratórios de reprodução assistida.
APLICAÇÃO	Produto laboratorial de uso único, descartar após o uso.
ARMAZENAMENTO	Após o processo de esterilização por raio gama a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem as especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Produção e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e apirogênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE BIOLÓGICA	TESTE DE TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	>/=70%	95%
PA LABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	<= 0,5 UE/mL	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ESTERILIDADE	Ausência de bolores, bactérias e leveduras	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	ISABELLA
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	LAIS