



CERTIFICADO DE ANÁLISE

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------|
| PRODUTO: | MICROPIPETA DENUDACAO INGAMED 175UM CX 20UN | INSPEÇÃO: | 005569 |
| APRESENTAÇÃO: | CAIXA COM 20 UNIDADES | LOTE: | 23050315 |
| DT. PRODUÇÃO: | 11/05/2023 | DT. VALIDADE: | 31/01/2026 |

| | |
|--|---|
| USO INDICADO | Indicada para a manipulação de oócitos e embriões. |
| APLICAÇÃO | Usada na manipulação de oócitos e embriões, evitando arranhões na superfície ou rupturas. |
| ARMAZENAMENTO | Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade. |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS | Policarbonato |

| ANÁLISES E RESULTADOS | | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| BIOMEA | BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO | TAXA DE SOBREVIVÊNCIA > 80% | 90,48% |
| ESTERIL RG | ESTERILIDADE | AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS | CONFORME |
| DIRETIVA EEC 93/42 | DIRETIVA EEC 93/42 | CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EEC/93/42 | CONFORME |

| | |
|---------------------------------|---------|
| RESPONSÁVEL ANÁLISE: | LUISMAR |
| RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA: | LUISMAR |