



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO:</b>	MICROPIPETA DENUDACAO INGAMED 200UM CX 20UN	<b>INSPEÇÃO:</b>	005572
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	CAIXA COM 20 UNIDADES	<b>LOTE:</b>	23050316
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	11/05/2023	<b>DT. VALIDADE:</b>	31/01/2026

<b>USO INDICADO</b>	Indicada para a manipulação de oócitos e embriões.
<b>APLICAÇÃO</b>	Usada na manipulação de oócitos e embriões, evitando arranhões na superfície ou rupturas.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar em temperatura ambiente, protegido do calor e umidade.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	Policarbonato

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
BIOMEA	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	TAXA DE SOBREVIVÊNCIA > 80%	90,48%
ESTERIL RG	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE MICROORGANISMOS VIÁVEIS	CONFORME
DIRETIVA EEC 93/42	DIRETIVA EEC 93/42	CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EEC/93/42	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	LUISMAR
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	LUISMAR