



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	INGACEL - CX 180UN	INSPEÇÃO:	006712
APRESENTAÇÃO:	1 CAIXA CONTÉM 18 ENVELOPES COM 10 HASTES CADA	LOTE:	24020135
DT. PRODUÇÃO:	22/02/2024	DT. VALIDADE:	22/02/2026

USO INDICADO	Recomendado para cirurgias refrativas (Lasik) e catarata
APLICAÇÃO	Produto de uso clínico
ARMAZENAMENTO	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
PADESCARTAVEIS VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
PA LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRÁFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	ELIZIA
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	ELIZIA