



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO:</b>	AGULHA DE PUNCAO FOLICULAR COM SISTEMA 17GX320 MP-	<b>INSPEÇÃO:</b>	006772
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	Caixa com 10 unidades.	<b>LOTE:</b>	24030201/21312-2
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	19/03/2024	<b>DT. VALIDADE:</b>	19/03/2026

<b>USO INDICADO</b>	Indicado para a punção de folículos para coleta de oócitos nos processos de fertilização in vitro.
<b>APLICAÇÃO</b>	O produto deve ser manuseado por profissional devidamente habilitado.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar em temperatura ambiente, em local seco, limpo e protegido da luz para garantir a integridade do produto e embalagem.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	Agulha feita em aço inoxidável.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRÁFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME
PARABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	$\leq 0,25$ EU/mL	CONFORME
BIOMEA	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	TAXA DE SOBREVIVÊNCIA > 80%	100%

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	ISABELLA
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	ELIZIA