



CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO:	AGULHA DE PUNCAO FOLICULAR COM SISTEMA 17GX330 DH-	INSPEÇÃO:	006985
APRESENTAÇÃO:	Caixa com 10 unidades.	LOTE:	24050339/21640-5
DT. PRODUÇÃO:	24/05/2024	DT. VALIDADE:	24/05/2026

USO INDICADO	Indicado para a punção de folículos para coleta de oócitos nos processos de fertilização in vitro.
APLICAÇÃO	O produto deve ser manuseado por profissional devidamente habilitado.
ARMAZENAMENTO	Armazenar em temperatura ambiente, em local seco, limpo e protegido da luz para garantir a integridade do produto e embalagem.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	Agulha feita em aço inoxidável.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRAFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME
PARABWARE VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	TESTE DE ENDOTOXINA	$\leq 0,25$ EU/mL	CONFORME
BIOMEA	BIOENSAIO COM EMBRIÕES DE CAMUNDONGO	TAXA DE BLASTOCISTOS = 80%	100%

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	ISABELLA
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	ELIZIA