



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO:</b>	PESSARIO AM	<b>INSPEÇÃO:</b>	007018
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	1 CAIXA CONTÉM 1 ENVELOPE COM 1 PESSÁRIO	<b>LOTE:</b>	24060366/21736-3
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	05/06/2024	<b>DT. VALIDADE:</b>	05/06/2026

<b>USO INDICADO</b>	Indicado para incompetência istmo cervical.
<b>APLICAÇÃO</b>	Produto de uso clínico.
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
PA PESSARIO VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
PA LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRÁFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	ELIZIA
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	ELIZIA