



CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

PRODUTO:	KIT MEIO DE DEGELAMENTO PARA OOCITOS E EMBRIÕES INGÁMED	INSPEÇÃO:	007044
APRESENTAÇÃO:	2 DV I, 1 DV II E 2 DV III X 4ML CADA	LOTE:	24060395
DT. PRODUÇÃO:	25/06/2024	DT. VALIDADE:	22/12/2024

USO INDICADO	Indicado para procedimentos de Fertilização In Vitro - degelo de ovócitos e embriões
APLICAÇÃO	Degelo de ovócitos e embriões
ARMAZENAMENTO	Armazenar entre 2 a 8°C. Evitar exposição ao calor e umidade.
MATERIA PRIMA E INSUMOS	As matérias primas e insumos utilizados pela IngáMed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	APARÊNCIA	LÍMPIDA	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	MATERIAL PARTICULADO	AUSENTE	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	pH	7,1 A 7,5	7,28
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE BACTÉRIAS, BOLORES E LEVEDURAS	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	<= 3,0 EU/mL	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGOS	>= 70%	100%

RESPONSÁVEL ANÁLISE:	GEAN
RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:	ELIZIA