



# CERTIFICADO DE ANÁLISE

MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES

<b>PRODUTO:</b>	KIT MEIO DE DEGELO PARA OOCITOS E EMBRIOES INGAME	<b>INSPEÇÃO:</b>	007417
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	2 DV I, 1 DV II E 2 DV III X 4ML CADA	<b>LOTE:</b>	24100634
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	02/10/2024	<b>DT. VALIDADE:</b>	31/03/2025

<b>USO INDICADO</b>	Indicado para procedimentos de Fertilização In Vitro - degelo de ovócitos e embriões
<b>APLICAÇÃO</b>	Degelo de ovócitos e embriões
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Armazenar entre 2 a 8°C. Evitar exposição ao calor e umidade.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	As matérias primas e insumos utilizados pela IngáMed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	APARÊNCIA	LIMPIDA	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	MATERIAL PARTICULADO	AUSENTE	CONFORME
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	pH	7,1 A 7,5	7,27
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ESTERILIDADE	AUSÊNCIA DE BACTÉRIAS, BOLORES E LEVEDURAS	CONFORME
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	ENDOTOXINA	</= 3,0 EU/mL	CONFORME
ANÁLISE BIOLÓGICA	TOXICIDADE EM EMBRIÕES DE CAMUNDONGOS	>/= 70%	95%

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	GEAN
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	MELISSA