



CERTIFICADO DE ANÁLISE

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|------------|
| PRODUTO: | PESSARIO GINECOLOGICO M | INSPEÇÃO: | 007584 |
| APRESENTAÇÃO: | 1 CAIXA CONTÉM 1 ENVELOPE COM 1 PESSARIO M | LOTE: | 24110712 |
| DT. PRODUÇÃO: | 08/11/2024 | DT. VALIDADE: | 08/11/2026 |

| | |
|--------------------------------|---|
| USO INDICADO | Indicado para incontinência urinária, prolapso uterino e de cúpula vaginal e retal. |
| APLICAÇÃO | Produto de uso clínico |
| ARMAZENAMENTO | Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida. |
| MATERIA PRIMA E INSUMOS | As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos. |

| ANÁLISES E RESULTADOS | | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|----------------------------|--|---|-----------|
| PA PESSARIO VISUAL | VISUAL | Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades | CONFORME |
| PA LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO | LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRÁFICA DE GASES RESIDUAIS | LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL | CONFORME |

| | |
|---------------------------------|---------|
| RESPONSÁVEL ANÁLISE: | MELISSA |
| RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA: | MELISSA |