

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

<b>PRODUTO:</b>	INGACEL - CX 180UN	<b>INSPEÇÃO:</b>	007664
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	1 CAIXA CONTÉM 18 ENVELOPES COM 10 HASTES CADA	<b>LOTE:</b>	24110746
<b>DT. PRODUÇÃO:</b>	26/11/2024	<b>DT. VALIDADE:</b>	26/11/2026

<b>USO INDICADO</b>	Recomendado para cirurgias refrativas (Lasik) e catarata
<b>APLICAÇÃO</b>	Produto de uso clínico
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.
<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS</b>	As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Todos os materiais são atóxicos e hipoalergênicos.

ANÁLISES E RESULTADOS		ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
PADESCARTAVEIS VISUAL	VISUAL	Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades	CONFORME
PA LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO	LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRÁFICA DE GASES RESIDUAIS	LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL	CONFORME

<b>RESPONSÁVEL ANÁLISE:</b>	MELISSA
<b>RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA:</b>	MELISSA