

CERTIFICADO DE ANÁLISE

| PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | | | |
|------------------------------|--|---------------|------------|--|
| PRODUTO: | PESSARIO AM | INSPEÇÃO: | 008098 | |
| APRESENTAÇÃO: | 1 CAIXA CONTÉM 1 ENVELOPE COM 1 PESSÁRIO | LOTE: | 25030195 | |
| DT. PRODUÇAO: | 28/03/2025 | DT. VALIDADE: | 28/03/2027 | |

| T | |
|---------------|--|
| USOINDICADO | Indicado para incompetência istmo cervical. |
| APLICAÇÃO | Produto de uso clínico. |
| | Após o processo de esterilização por óxido de etileno, a embalagem enquanto inviolada terá seu conteúdo garantido como estéril. Armazenar em temperatura ambiente, em local livre de umidade e fontes de calor para garantir a |
| | integridade do produto. Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida. |
| MATERIA PRIMA | As matérias-primas e insumos utilizados pela Ingámed são submetidos a procedimentos de Controle de Qualidade e |
| E INSUMOS | atendem a especificações estabelecidas em compêndios aprovados. Os produtos são produzidos seguindo os princípios de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade. Os materiais são atóxicos e hipoalergênicos. |

| ANÁLISES E RE | SULTADOS | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|----------------------------|--|--|-----------|
| PA PESSARIO VISUAL | VISUAL | Luminária Olha contra a luz para ver se há não conformidades | CONFORME |
| PA LAUDO ESTERILIZAÇÃO ETO | LAUDO ESTERILIDADE E CROMATOGRAFICA DE GASES RESIDUAIS | LAUDO DA CLEAN ESTERILIZAÇÃO INDUSTRIAL | CONFORME |

| RESPONSÁVEL ANÁLISE: | MELISSA |
|--------------------------|---------|
| RESPONSÁVEL CONFERÊNCIA: | MELISSA |